

专家论证人员名单

项目名称：乌兰察布市中医蒙医医院采购彩超探头等医疗设备项目

序号	名称	单位	职称	电话
1	翁秀环	乌兰察布市妇幼保健院	主任医师	13847411553
2	史俊明	乌兰察布市第二医院	副主任医师	13848435809
3	李建国	乌兰察布市第二医院	主任医师	15848405534
4	孙志刚	市二医院	副主任医师	138474495130
5	任林	乌兰察布市第二医院	主任医师	18947466663

日期：2025 年 05 月 28 日

单一来源专家论证意见表

专家姓名	翁秀斌	职称	主任医师
工作单位	乌兰察布市妇幼保健院		
采购单位名称	乌兰察布市中医蒙医医院		
项目名称	乌兰察布市中医蒙医医院采购彩超探头等医疗设备项目		
预算金额	365,000.00 元		
供应商名称	内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司		
项目情况阐述	详见附件		
专家论证意见	经过认真仔细审查,充分讨论后,认为由于2023年已采购深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的彩色多普勒超声诊断设备,现医院需要采购彩超探头,超声探头的性能与适配性直接影响诊断质量与效率,而内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司为乌兰察布地区唯一授权,属于“只能从唯一供应商处采购的”情形,建议以单一来源采购方式进行采购。 翁秀斌 2025.5.28		
日期	2025.5.28		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	史俊峰	职称	副主任医师
工作单位	乌兰察布市第二医院		
采购单位名称	乌兰察布市中医蒙医医院		
项目名称	乌兰察布市中医蒙医医院采购彩超探头等医疗设备项目		
预算金额	365,000.00 元		
供应商名称	内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司		
项目情况阐述	详见附件		
专家论证意见	乌兰察布市中心医院于2023年9月18日,招标采购彩色多普勒超声诊断系统. 生产厂家为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司为中称厂家。现需购置配套的超声探头, 探头生产厂家必须是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司。 内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独家经销商授权书。根据《政府采购法》第31条, 只允许唯一供应商处采购的要求, 符合单一来源采购方式。		
日期	2025年5月28日		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	李建国	职称	主任医师
工作单位	乌兰察布市第四医院		
采购单位名称	乌兰察布市中医蒙医医院		
项目名称	乌兰察布市中医蒙医医院采购彩超探头等医疗设备项目		
预算金额	365,000.00 元		
供应商名称	内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司		
项目情况阐述	详见附件		
专家论证意见	经对迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的迈瑞超声系统,其探头为核心组件,具有不可替代的性能指标及参数适配特性,而内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司为唯一授权产品的销售商,符合《政府采购法》第三十一条,只能从唯一供应商处采购的要求		
日期	2025.5.28		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	孙志斌	职称	主任医师
工作单位	乌兰察布市第二医院		
采购单位名称	乌兰察布市中医蒙医医院		
项目名称	乌兰察布市中医蒙医医院采购彩超探头等医疗设备项目		
预算金额	365,000.00 元		
供应商名称	内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司		
项目情况阐述	详见附件		
专家论证意见	迈瑞超声探头有独特的技术优势，独家设备适配性确保诊断质量与效率，具有不可替代的性能指标及独家适配特性。同意单一来源采购方式进行采购。 孙志斌		
日期	2025-05-28		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	付林	职称	法律
工作单位	鄂尔多斯市公安局		
采购单位名称	乌兰察布市中医蒙医医院		
项目名称	乌兰察布市中医蒙医医院采购彩超探头等医疗设备项目		
预算金额	365,000.00 元		
供应商名称	内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司		
项目情况阐述	详见附件		
专家论证意见	1. 参加论证专家均具有相应资格条件； 2. 论证程序符合相关规定； 3. 提供的佐证材料基本满足《政府采购法实施条例》第二十七条货物使用主要有特殊要求。 付林		
日期	2021.5.28		

声 明 函

致：乌兰察布市中医蒙医医院

我公司深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司为彩色多普勒超声系统的制造商，其超声探头作为核心组件，之间具备深度的独家适配关系，具有不可替代的性能指标及独家适配特性。

超声探头的性能与适配性直接影响诊断质量与效率，迈瑞超声探头凭借独特的技术优势、独家设备适配性确保最佳效果。迈瑞超声探头与迈瑞超声诊断设备主机搭载自主研发的智能图像算法和数据处理平台，与探头的电气接口、数据传输协议进行了专门优化。

迈瑞超声探头的唯一性决定了单一来源采购是确保诊断准确性与设备稳定运行的唯一途径。

公司名称: (盖章) 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2025年5月23日



2025
独家分销商授权书

致德仪

内蒙古惠民科信医疗器械销售有限公司

作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司指定产品型号在指定区域或医院的独家分销商，

在遵守双方签署的独家分销协议情况下，可依法从事深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司授权产品的销售业务，并独立承担法律责任。

1. 设计产品型号及区域

Consona AR, Consona N6, Consona N6 Exp, Consona N6 Pro, Consona N6S, Consona N6T, Consona N7, Consona N7 Exp, Consona N7 Pro, Consona N7S, Consona N7T, Consona N8, Consona N8 Exp, Consona N8 Pro, Consona N8S, Consona N8T, Consona N9, Consona N9 Exp, Consona N9 Pro, Consona N9S, Consona N9T, Carius ME7P, Carius ME8P, Carius ME8W, DC-80, DC-80 EXP, DC-80 PRO, DC-80 SUPER, DC-80S, DC-86, DC-90 Nova, DC-90S, DC-90T, DS-99, Eagus I9, Eagus R9, Eagus R9 Elite, Eagus R9S, Eagus R9T, Greenlander PACS, M10, M10CV, M10T, M11, M11CV, M11T, M5 Exp, M5S, M6, M6s, M6T, M8, M9, M9 Pro, M9CV, M9T, ME7, Monet, MVP, MX7, MX7 Exp, MX7P, MX7S, MX7T, MX7W, Nuowa A20 Pro, Nuowa A20S, Nuowa A20T, Nuowa I8, Nuowa I8 Exp, Nuowa I8 Pro, Nuowa I8S, Nuowa I8T, Nuowa I9, Nuowa I9 Exp, Nuowa I9 Pro, Nuowa I9S, Nuowa I9T, Nuowa R7, Nuowa R7 Exp, Nuowa R7S, Nuowa R7T, Nuowa R7W, Nuowa R9, Nuowa R9 Elite, Nuowa R9 Exp, Nuowa R9 Pro, Nuowa R9G, Nuowa R9Q, Nuowa R9S, Nuowa R9T, Nuowa R9W, Ophthuss 9, Recho R9, Recho R9 Elite, Recho R9 Exp, Recho R9 Pro, Recho R9S, Recho R9T, Recho R9W, Resona A Lumi, Resona A20 Pro, Resona A20S, Resona A20T, Resona AR, Resona I8, Resona I8 Exp, Resona I8 Pro, Resona I8S, Resona I8T, Resona I8W, Resona I9, Resona I9 Exp, Resona I9 Pro, Resona I9S, Resona I9T, Resona IV, Resona R MS, Resona R MV, Resona R7, Resona R7 Exp, Resona R7S, Resona R7T, Resona R7W, Resona R9, Resona R9 Elite, Resona R9 Exp, Resona R9 Pro, Resona R9G, Resona R9Q, Resona R9S, Resona R9T, TE AIR, TE10T, TE7 Pro, TE7S, TE7T, TE9T, TEX10T, UltraSync, Z50, Z50 Expert, Z50 Pro, Z50S, Z50T, Z50W, Z60, Z60 Pro, Z60S, Z60T, Zeus;

授权科室:超声科,妇产科,妇科,产科,体检科,超声心动科,心内科,生殖科;

设院区为北京中医医院内蒙古分院、内蒙古自治区中医院、包头市中心医院、锡林郭勒盟蒙医医院、内蒙古国际蒙医医院、呼和浩特市妇幼保健院、乌兰察布市中心医院、呼和浩特第一医院、呼和浩特市第二医院、内蒙古医科大学第二附属医院、呼和浩特市新城区医院、呼和浩特市蒙医中医医院、包头市肿瘤医院、锡林郭勒盟中心医院、巴彦淖尔市临河区妇幼保健医院、巴彦淖尔市医院、包头医学院第二附属医院、内蒙古自治区肿瘤医院、内蒙古自治区妇幼保健院、内蒙古医科大学附属医院、包头市第四医院、内蒙古自治区人民医院、巴彦淖尔市临河区人民医院、二连浩特市妇幼保健院、呼和浩特市回民区医院、巴彦淖尔市第二医院、内蒙古锡林郭勒盟妇幼保健院、巴彦淖尔市五原县人民医院、包头市中医院、呼和浩特市赛罕区医院、武川县医院、包头市第三医院、二连浩特市医院、乌拉特前旗人民医院、乌拉特前旗蒙医中医医院、乌兰察布市第三医院、内蒙古五原县妇幼保健院、中国人民解放军第九六九医院、巴彦淖尔市蒙医医院、内蒙古杭锦后旗医院、乌兰察布市第四医院、乌兰察布医学高等专科学校附属医院、包头二九一医院、包头市第八医院、内蒙古第三医院（精神）、内蒙古第四医院（结核）、武警内蒙古总队医院、和林格尔县人民医院、清水河县人民医院、土左旗人民医院、托克托县医院、杭锦旗妇幼保健院、乌兰察布市二医院、乌拉特前旗妇幼保健院、五原县中蒙医院、杭锦旗蒙医中医医院、二连浩特市中蒙医院、乌兰察布市察右后旗中蒙医院、锡林郭勒盟苏尼特右旗旗医院、四子王旗妇幼保健院、包头市妇幼保健院、锡林郭勒盟镶黄旗医院、锡林郭勒盟阿巴嘎旗医院、多伦县人民医院、包钢疗养院、包头市工人疗养院、呼和浩特市第三医院、包头市白云鄂博矿区医院、东河区中西医结合医院、丰镇市中医院、呼和浩特市口腔医院、乌兰察布市察右中旗医院、乌兰察布市察右后旗医院、包头市达茂联合旗医院、内蒙古乌兰白拉特中旗人民医院、呼和浩特市玉泉区红十字医院、包头市东河区医院、包头和特第六医院、包头市昆都仑区医院、包头市青山区中医院、包头市九原区医院、西乌珠穆沁旗医院、内蒙古民族大学、呼和浩特市平定县红十字医院、包头市东河区医院、商都县人民医院、商都县中医院、磴口县人民医院、锡林郭勒苏尼特左旗医院、锡林郭勒盟正蓝旗医院、包头市土默特右旗医院、巴彦淖尔市乌拉特后旗人民医院、清水河县中医院、太仆寺旗中蒙医院、托克托县中医院、内蒙古乌兰察布市化德县中医院、内蒙古乌兰察布市兴和县蒙中医院、内蒙古锡林郭勒盟西乌旗蒙医院、凉城县中医院、内蒙古乌兰察布市四子王旗人民医院、包头市九原区蒙医中医医院、包头市固阳县医院、锡林郭勒盟安坤医院、卓资县中医院、包头市眼科医院、包头市青山区二〇二医院、内蒙古呼和浩特市赛罕区第二医院、锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民医院、磴口中蒙医院、兴和县医院、武川县中医院、和林县中医院、东乌珠穆沁旗医院、土左旗中医院、固阳县中医院、达拉特旗中医院、土右旗中医院、察右中旗妇幼保健院、凉城县人民医院、乌拉特中旗中蒙医院、乌兰察布市察右前旗医院、乌拉特中旗妇幼保健院、乌拉特后旗蒙医院、磴口县妇幼保健院、多伦县中医院、阿巴嘎旗中蒙医院、苏尼特左旗中蒙医院、镶黄旗中蒙医院、东乌珠穆沁旗中蒙医院、西乌珠穆沁旗妇幼保健院、正镶白旗中医院、正镶白旗妇幼保健院、正蓝旗中蒙医院、内蒙古体育医院、内蒙古乌兰察布市四子王旗蒙中医院、乌兰察布市妇幼保健院、呼和浩特市精神康复医院、东河区中医医院、乌盟精神病院、丰镇市人民医院、阿巴嘎旗妇幼保健院、包头市白云鄂博矿区蒙医中医医院、包头市石拐区医院、苏尼特右旗蒙医医院、锡林郭勒盟正镶白旗医院、商都县妇幼保健院、乌兰察布市中蒙医院、察右前旗蒙中医院、锡林浩特市妇幼保健院、乌兰察布市集宁区妇幼保健院、包头市昆区中医院、包头市固阳县妇幼保健院、包头市青山区妇幼保健院、内蒙古包头市石拐区妇幼保健院、玉泉区妇幼保健院、凉城县妇幼保健院、内蒙古乌兰察布市卓资县计划生育服务站、玉泉区中医院、巴彦淖尔市乌拉特后旗妇幼保健院计划生育服务中心、呼和浩特市赛罕区妇幼保健院、苏尼特右旗计划生育服务站、武川县妇幼保健计划生育服务中心、和林县妇幼保健院、清水河县妇幼保健院、土左旗妇幼保健院、托克托县妇幼保健院、达拉特旗妇幼保健院、多伦县妇幼保健院、太仆寺旗妇幼保健院、苏尼特左旗妇幼保健院、镶黄旗妇幼保健院、东乌珠穆沁旗妇幼保健院、正蓝旗妇幼保健院、锡林郭勒盟苏尼特右旗妇幼保健院、呼和浩特市新城区妇幼保健院、内蒙古乌兰察布市丰镇市妇幼保健院、内蒙古包头市白云鄂博矿区妇幼保健院、内蒙古包头市东河区妇幼保健院、内蒙古包头市昆区妇幼保健院、内蒙古呼和浩特市回民区妇幼保健院、兴和县妇幼保健和计划生育服务中心、化德县妇幼保健院、内蒙古医科大学附属附属医院、乌兰察布市察右前旗妇幼保健院、包头市九原区妇幼保健院、土右旗妇幼保健院、察哈尔右翼中旗妇幼保健院、乌兰察布市集宁区妇幼保健院计划生育服务中心、锡林郭勒盟镶黄旗妇幼保健院计划生育服务中心、包头市东河区妇幼保健院计划生育服务中心、内蒙古乌兰察布市四子王旗计划生育服务站、丰镇市妇幼保健计划生育中心、乌兰察布市兴和县计生服务站、乌兰察布市察右前旗计生服务站、乌兰察布市察右中旗计划生育服务站、乌兰察布市察右后旗计划生育服务中心；

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司



本授权有效期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

以上授权产品在获得所销售区域的产品注册等准入条件后,才能开展销售,本授权的最终解释权归深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司所有。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

MX7 超声探头

- 一、适用机型：MX7
- 二、应用领域：心脏、经颅
- 三、带宽：1.5-4.5MHz
- 四、深度：2.0-38.0cm
- 五、阵元数：64
- 六、扫描范围（最大）：90°
- 七、物理尺寸：25.2×20.6mm
- 八、声透镜：23.4×15.2mm

Resona R7 腔内超声探头

- 一、适用机型：迈瑞 Resona R9、迈瑞 Resona R7、迈瑞 Nuewa R9
- 二、应用领域：妇科、产科、前列腺
- 三、带宽：3.0-11.0MHz
- 四、扫描范围（最大）：170°
- 五、扩展成像：210°
- 六、深度：1.5-28cm
- 七、阵元数：192
- 八、曲率半径：11mm
- 九、物理尺寸：24.9mm×21.8mm
- 十、声透镜：24mm×9mm

Nuewa R9 心脏超声探头

- 一、适用机型：迈瑞 Resona R9、迈瑞 Resona R7、迈瑞 Nuewa R9
- 二、应用领域：心脏，经颅
- 三、带宽：1.5-4.5MHz
- 四、扫描角度（最大）：90°
- 五、扩展成像：90°
- 六、深度：2-38cm
- 七、阵元数：80
- 八、物理尺寸：38.2mm×30.5mm
- 九、声透镜：23.4mm×15.2mm

MX7 探头扩展器

- 一、适用机型：MT2 台车
- 二、三探头插座
- 三、提供笔式探头插座
- 四、可拆卸
- 五、不需要外部电源，直连主机